

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1

N 184

Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04)37567285 / Fax: (04)37564244
Website: www.smedec.gov.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N^o): M.1564.16N

Tên phương tiện đo/*Measuring instrument*: **Cân bàn TPS 60DH**

Kiểu/*Type*: **Điện tử - Hiện số** Số/*Serial N^o* **5716112904**

Cơ sở sản xuất/*Manufacturer*: **Công ty CP CĐT Thịnh Phát**

Đặc trưng kỹ thuật/*Technical characteristic*:
- Mức cân lớn nhất: Max = 60 kg
- Giá trị độ chia kiểm: e = d = 0.01 kg
- Mức cân nhỏ nhất: Min = 0.2 kg
- Cân cấp chính xác: 3
- Ký hiệu PDM: PDM 047-2013

Nơi sử dụng/*place*: **Đường tỉnh 830, Ấp 3, X.Lương Bình, H.Bến Lức, T.Long An**

Đơn vị sử dụng/*User*: **Công ty CP XNK nha đam Việt Nam**

Phương pháp kiểm định/*The method used*: **ĐLVN 14:2009**

Kết luận/*Conclusions*: **Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường**

Tem kiểm định số/*Verification stamp N^o*: **14A-03006**

Có giá trị đến/*Valid until*: **30/11/2017**

Kiểm định viên
Verifier

Trương Văn Đặng

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

(Date of issue)

GIÁM ĐỐC

Director



Nguyễn Trọng Lợi

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)