

TDC MIEN DONG

CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG MIỀN ĐÔNG
MIEN DONG STANDARDS METROLOGY QUALITY COMPANY LIMITED (ĐK 393)

Địa chỉ: C3, tổ 15, khu phố 3, Phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Tel: 0946 35 7978 - 0933 04 79 78

Email: quatestmiendong@gmail.com

Website: quatestmiendong.com - kiemdinhmiendong.com
doluongmiendong.com kiemdinhbinhduong.com.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số/Nº: 23/76 /2020/CKT

Trang/Page: 1/2

Tên phương tiện đo : CÂN KỸ THUẬT Số : 5720060501
Measuring Instrument Serial N°
Nơi sản xuất : Không rõ Mã nhận dạng : Không rõ
Manufacturer ID
Hiệu / Trade mark : VMC Kiểu / Type : TB3102
Đặc trưng kỹ thuật : + Mức cân lớn nhất / Max capacity : 3100 g
Specifications + Mức cân nhỏ nhất / Min capacity : 5 g
+ Giá trị độ chia / Division : 10 mg
Chủ phương tiện đo : CÔNG TY TNHH HI FASHION VINA
Customer Đường số 6, KCN Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai

Phương pháp hiệu chuẩn : QT.HCC01 - Quy trình hiệu chuẩn cân không tự động cấp chính xác I, II

Method of calibration

Phương tiện hiệu chuẩn/	Mã số/	Mô tả /	Liên kết chuẩn/	Hiệu lực/
Means of calibration	ID	Description	Traceability	Due date
Customer	F1.01	Bộ quả cân chuẩn F1	TT KT 3	2020
	F1.02	Bộ quả cân chuẩn F1	TT KT 3	2020

Điều kiện môi trường : + Nhiệt độ / Ambient temperature Bắt đầu : 22 °C Kết thúc : 22 °C
Environmental conditions + Độ ẩm / Relative humidity Bắt đầu : 65 %RH Kết thúc : 65 %RH

Hiệu chỉnh : + Không hiệu chỉnh phương tiện đo / Object is not adjusted
Adjustment + Có hiệu chỉnh phương tiện đo / Object is adjusted

Kết quả hiệu chuẩn : Xem bảng kết quả kèm theo / Results of calibration enclose

Results of calibration

Tem hiệu chuẩn : 19B00593

Calibration label

Ngày hiệu chuẩn : 08/06/2020 Ngày đề nghị hiệu chuẩn tiếp theo : 30/06/2021

Date of calibration

Recalibration date should be recommended

Nơi hiệu chuẩn : CÔNG TY TNHH HI FASHION VINA

Place of calibration

NGƯỜI SOÁT LẠI

Reviser

Nguyễn Minh Thái


Bình Dương, ngày 8 tháng 6 năm 2020

Date of issue



Võ Huỳnh Thành Luân

- Các kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy này chỉ có giá trị đối với phương tiện đo đã được hiệu chuẩn ở trên đây./ Test calibration results in this certificate are applicable to the above calibrated.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận hiệu chuẩn này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Miền Đông./ This certificate shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Mien Dong Standards Metrology Quality company limited..
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k=2, mức tin cậy là 95 %./ Estimated expanded uncertainty of measurement with k=2, at 95 % confidence level.
- Ngày hiệu chuẩn tiếp theo tùy thuộc vào khách hàng./ Recalibration date depends on the customer.



TDC MIEN DONG

CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG MIỀN ĐÔNG
MIEN DONG STANDARDS METROLOGY QUALITY COMPANY LIMITED (ĐK 393)

Địa chỉ: C3, tổ 15, khu phố 3, Phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Tel: 0946 35 7978 - 0933 04 79 78

Email: quatestmiendong@gmail.com

Website: quatestmiendong.com - kiemdinhmiendong.com
doluongmiendong.com kiemdinhbinhduong.com.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số/Nº: 23/76 /2020/CKT

Trang/Page: 2/2

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
RESULTS OF CALIBRATION

1. Hiệu chuẩn/ Calibration

Mức tải	Giá trị hiệu chuẩn g	Giá trị chỉ thị g	Sai lệch mg	Số hiệu chỉnh mg	ĐKDBĐ mở rộng mg
Trước hiệu chỉnh/ Before adjustment					
1	1000	1000,00	0	/	/
2	2000	2000,00	0	/	/
Sau hiệu chỉnh/ After adjustment					
1	50	50,00	0	0	17
2	300	300,00	0	0	17
3	1500	1500,00	0	0	18
4	3000	2999,99	-10	10	29

2. Sai lệch đặt tải lệch tâm/ Eccentricity error

Mức tải/ Load (g)	1000				
Vị trí đặt tải/ Load position	0	1	2	3	4
Sai lệch/ Error (mg)	0	0	0	0	0
Sơ đồ/ Sketch					

phá

- Các kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy này chỉ có giá trị đối với phương tiện đo đã được hiệu chuẩn ở trên đây./ Test calibration results in this certificate are applicable to the above calibrated.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận hiệu chuẩn này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Miền Đông./ This certificate shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Mien Dong Standards Metrology Quality company limited..
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k=2$, mức tin cậy là 95 %./ Estimated expanded uncertainty of measurement with $k=2$, at 95 % confidence level.
- Ngày hiệu chuẩn tiếp theo tùy thuộc vào khách hàng./ Recalibration date depends on the customer.