



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1  
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT SUPPORT CENTRE 1  
Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội \* ĐT: (024)3756 7285 / Fax: (024) 3756 4244 \* www.smedec.gov.vn

**GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**  
MEASUREMENT & TESTING CERTIFICATE

**Số (N°): TN.90.21**

Tên đối tượng (*Object*): Cân đĩa điện tử

Kiểu (*Type*): TPS15DS

Nơi sản xuất (*Manufacture*): Ningbo Yuner International Trading Co.Ltd – Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*):

<b>Max:</b>	15000 g	<b>Cấp chính xác:</b>	3
<b>Giá trị độ chia kiểm:</b>	5 g	<b>Kích thước cân:</b>	(315 x 280 x 105) mm
<b>Min:</b>	100 g		
<b>Bộ chỉ thị:</b>	01 bộ do hãng Ningbo Yuner Interational Trading Co.Ltd – Trung Quốc sản xuất đồng bộ		
<b>Loadcells:</b>	Ký hiệu: LAB-20kg; capacity: 20 kg; do hãng Xiamen Loadcell Technology Co.,Ltd Trung Quốc sản xuất số lượng: 01 bộ		
<b>Đĩa cân</b>	inox dày 1.5 mm kích thước (230 x 280) mm		

Cơ sở sử dụng (*Customer*): Công ty Cổ phần Cân điện tử Thịnh Phát

57 Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phương pháp thực hiện (*Method of testing*): ĐLVN 100:2002

Kết quả (*Results*): Xem biên bản thử nghiệm số 90/BBTN-2021

**P.Trưởng phòng thí nghiệm**  
(Head of the calibration Laboratory)

Lê Danh Huy

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021  
(Date of issue)

**GIÁM ĐỐC**  
Director



Nguyễn Trọng Lợi