



Prüfschein

Test certificate

Ausgestellt für:

Issued to:

Keli Electric Manufacturing
(Ningbo) Co. Ltd.
Changxing Road NO. 199
315033 Jiangbei, District Ningbo
China

Prüfgrundlage:

In accordance with:

EN 45501 (1992), para. 8.1 & 3.5.4, Fehleranteil / fraction $p = 0,7$
OIML R60 (2000), WELMEC-Dokument 2.4 (2001)

Gegenstand:

Object:

Wägezelle/Load cell
DMS-Doppelbiegebalken-Wägezelle
Strain gauge double bending beam load cell

Typ / Type:

UDA

E_{max}

Genauigkeitsklasse / Accuracy class

150 kg - 750 kg

C3

Kennummer:

Serial number:

Prüfscheinnummer:

Test certificate number:

D09-09.09

D09-09.09

Datum der Prüfung:

Date of Test:

Anzahl der Seiten:

Number of pages:

6

Geschäftszeichen:

Reference No.:

PTB-1.12-4039257

Benannte Stelle:

Notified Body:

0102

Ort, Ausstellungsdatum:

Date of issue:

Braunschweig, 07.04.2009

Zertifizierer:

Certifier:

Im Auftrag

By order

Dipl.-Ing. K. Schulz

Siegel
Seal



Bewerter:

Evaluator:

Im Auftrag

By order

Timo Schwabe

Timo Schwabe