



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT SUPPORT CENTRE 1
Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội * ĐT: (024)3756 7285 / Fax: (024) 3756 4244 * www.smedec.gov.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
MEASUREMENT & TESTING CERTIFICATE

Số (N°): TN.97.21

Tên đối tượng (*Object*): Cân đĩa điện tử

Kiểu (*Type*): JPA

Nơi sản xuất (*Manufacture*): Ningbo Yuner International Trading Co.Ltd – Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (*Specification*):

Max:	30000 g	Cấp chính xác:	3
Giá trị độ chia kiểm:	10 g	Kích thước cân:	(320 x 350 x 110) mm
Min:	200 g		
Bộ chỉ thị:	02 bộ gồm: 01 bộ chỉ thị trước ký hiệu: ED-8629A; 01 bộ chỉ thị sau ký hiệu: ED-8629F do hãng Ningbo Yuner International Trading Co.Ltd (Trung Quốc) sản xuất đồng bộ		
Loadcells:	01 bộ; max = 40 kg do hãng Ningbo Yuner International Trading Co.Ltd (Trung Quốc) sản xuất đồng bộ		
Đĩa cân	inox dày 1.5 mm kích thước (320 x 230) mm		

Cơ sở sử dụng (*Customer*): Công ty Cổ phần Cân điện tử Thịnh Phát

57 Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phương pháp thực hiện (*Method of testing*): ĐLVN 100:2002

Kết quả (*Results*): Xem biên bản thử nghiệm số 97/BBTN-2021

P.Trường phòng thí nghiệm
(Head of the calibration Laboratory)

Lê Danh Huy

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021
(Date of issue)

GIÁM ĐỐC
Director



Nguyễn Trọng Lợi

Trang:
(N° of pages)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận hiệu chuẩn có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 1 (SMEDEC1)