

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số / No.: Q326A004855
(KLDL26000175)

1. Tên phương tiện đo: **CÂN KỸ THUẬT**
Measuring Standard **TECHNICAL BALANCES**
2. Kiểu/ Type: SPX1202 SN: C545550757 ID: Không có
3. Sản xuất tại: OHAUS
Manufacturer
4. Đặc trưng đo lường: **Mức cân lớn nhất / max. capacity :** 1200 g
Specifications **Mức cân nhỏ nhất / min. capacity:** 0,5 g
Giá trị độ chia nhỏ nhất / Division: 0,01 g
Giá trị độ chia kiểm / Verification scale interval: 0,1 g
Cấp chính xác / Accuracy: 2
5. Nơi sử dụng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**
Place **1387 Bến Bình Đông, Phường Phú Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**
6. Đơn vị sử dụng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**
User **1387 Bến Bình Đông, Phường Phú Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**
7. Phương pháp kiểm định: **ĐLVN 16 : 2021 - Cân phân tích và cân kỹ thuật - Quy trình kiểm định**
Method of Verification **Analytical and technical balances - Methods and means of verification**
8. Kết luận: **Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường**
Conclusion **Complying with the metrological requirements**
9. Tem kiểm định số: **KL 014205**
Verification Stamp No.
10. Có giá trị đến (*): 31/01/2027 Ngày cấp: 21/01/2026
Valid Until *Date of issue*

Kiểm định viên
Verified by



Hoàng Kim Cường
Số KĐV: 0953

KT. GIÁM ĐỐC/ FOR DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR



Nguyễn Anh Triết

Chế độ kiểm định: ban đầu

(*). Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản
With respectfulness of rules of use and maintenance